Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

UNIFAST Ⅲ

SELF-CURING ACRYLIC RESIN FOR TEMPORARY INLAYS, CROWNS, BRIDGES AND REPAIRS

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Construction of temporary inlays, crowns and bridges.
2. Repair of fractured dentures.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE
A. TEMPORARY INLAYS, CROWNS AND BRIDGES
1. Direct Method – single shade standard technique
 1) Take an impression prior to tooth preparation.
 2) Coat the prepared teeth and gingival tissue with a petroleum jelly.
 3) Dispense the desired amount of UNIFAST Ⅲ powder in a rubber cup and add liquid. Quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour the mixture into the intended area of the impression. Standard powder to liquid ratio is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid). Powder to liquid ratio is adjustable between 2g : 1mL and 2g : 1.5mL.
 4) Wait until the mixture reaches a soft dough stage.
 5) Place the impression in the mouth with pressure.
 NOTE:
 UNIFAST Ⅲ starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish above steps within this period. If a longer working time is desired, store the powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.
 6) Remove the impression from the mouth before the exothermic reaction starts, approximately 1 minute and 30 seconds from start of mixing. At this stage, material still has a rubbery consistency.
 7) Allow the UNIFAST Ⅲ to bench cure in the impression. The setting time is 3 minutes 10 seconds from start of mixing.
 To increase the temporary appliance hardness, remove the impression.
 8) Adjust and finish in a usual manner. Carefully fit in mouth and establish proper marginal adaptation and occlusion. The margins can be refined by adding a layer of freshly mixed UNIFAST Ⅲ.
 NOTE:
 In case of making a temporary bridge using pre-fabricated temporary crowns as pontics, immerse the bridge in water at 50°C for 5 minutes or leave undisturbed at room temperature for 30 minutes before placing it in the patients' mouth to ensure complete setting.
 10) After final polishing, lute the inlay/crown/bridge with a temporary cement like FREEGENOL TEMPORARY PACK.
2. Direct Method – multi shade standard technique
 1) Use a tooth matching Vita shade in the technique as described above (Direct method, single shade technique 1-8).
 2) Trim the incisal area of the temporary restoration.
 3) Apply an incisal, enamel or translucent shade in the incisal area, using the impression/silicone index. Standard powder to liquid ratio is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid). Powder to liquid ratio is adjustable between 2g : 1mL and 2g : 1.5mL.
 4) Wait until the mixture reaches a soft dough stage.
 5) Place the impression on the model with pressure.
 NOTE:
 UNIFAST Ⅲ starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish above steps within this period. If a longer working time is desired, store the powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.
 7) Allow the material to set. Setting time is 3 minutes 10 seconds from start of mixing.
 8) Remove the temporary appliance from the impression/silicone index.
 9) Clean the inner surface of the temporary appliance using a cotton pellet soaked with ethanol.
 10) Adjust and finish in a usual manner. Carefully fit on the model and establish proper marginal adaptation and occlusion. The margins can be relined by adding a layer of freshly mixed UNIFAST Ⅲ.
 NOTE:
 In case of making a temporary bridge using pre-fabricated temporary crowns as pontics, immerse the bridge in water at 50°C for 5 minutes or leave undisturbed at room temperature for 30 minutes before placing it in the patients' mouth to ensure complete setting.
CLINICAL HINT
The surface of the temporary appliance can be coated with G-COAT PLUS for a high gloss esthetic result. Refer to the respective manufacturer's instructions for use.
2. Direct Method – multi shade standard technique
 1) Use a tooth matching Vita shade in the technique as described above (Direct method, single shade technique 1-8).
 2) Trim the incisal area of the temporary restoration.
 3) Apply an incisal, enamel or translucent shade in the incisal area, reusing the impression or by applying with a brush (brush-on technique).
 4) Continue with Direct method 9).
3. Indirect Method – single shade standard technique
 1) Fabricate a stone model using a standard technique.
 2) Wax-up the restoration using a standard technique and take an impression / silicone index.
 3) Coat the stone model with a separator such as ACROSEP or MULTI-SEP.
 4) Dispense the desired amount of UNIFAST Ⅲ powder in a rubber cup and add liquid, quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour the mixture into the desired area of the impression/silicone index. Standard powder to liquid ratio is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid). Powder to liquid ratio is adjustable between 2g : 1mL and 2g : 1.5mL.
 5) Wait until the mixture reaches a soft dough stage.
 6) Place the impression on the model with pressure.
 NOTE:
 UNIFAST Ⅲ starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish above steps within this period. If a longer working time is desired, store the powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.
 7) Allow the material to set. Setting time is 3 minutes 10 seconds from start of mixing.
 8) Remove the temporary appliance from the impression/silicone index.
 9) Clean the inner surface of the temporary appliance using a cotton pellet soaked with ethanol.
 10) Adjust and finish in a usual manner. Carefully fit on the model and establish proper marginal adaptation and occlusion. The margins can be relined by adding a layer of freshly mixed UNIFAST Ⅲ.
 NOTE:
 In case of making a temporary bridge using pre-fabricated temporary crowns as pontics, immerse the bridge in water at 50°C for 5 minutes or leave undisturbed at room temperature for 30 minutes before placing it in the patients' mouth to ensure complete setting.
CLINICAL HINT
The surface of the temporary appliance can be coated with OPTIGLAZE for a high gloss esthetic result. Refer to the respective manufacturer's instructions for use.
 11) After final polishing, lute the inlay/crown/bridge with a temporary cement like FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirect Method – multi shade standard technique
 1) Use a tooth matching Vita shade in the technique as described above (Indirect method, 1-8).
 2) Trim the incisal area of the temporary restoration.
 3) Apply an incisal, enamel or translucent shade in the incisal area, using the impression/silicone index or by applying with a brush (brush-on technique).
 4) Continue with Indirect method 9).
5. Repairing temporary appliances
 In case a repair is needed on a temporary appliance, remove the temporary appliance from the mouth and rougher the fractured surfaces with a bur. Undercuts should be provided. Apply mixed material and allow the material to set. For details see above.
 NOTE:
 Repairs should not be done in the mouth.
B. REPAIR OF A FRACTURED DENTURE
 1) Take an impression of the edentulous area in a usual manner and fabricate a stone model.
 2) Roughen the fractured surfaces and adjacent areas with a bur. When the denture contains metal, the metal surface should be roughened with a carbide bur, sandblasted, cleaned with air and treated with METALPRIMER II.
 3) Coat the stone model with a separator such as ACROSEP or MULTI-SEP and place the fractured denture base on the stone model.
 4) Dispense the desired amount of UNIFAST Ⅲ powder in a rubber cup and add liquid, quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour of apply the mixture onto the fractured area of the denture base. Standard powder to liquid ratio is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid).
 Powder to liquid ratio is adjustable between 2g : 1mL and 2g : 1.5mL.
 NOTE:
 UNIFAST Ⅲ starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish above steps within this period. If a longer working time is desired, store the powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.
 5) Setting time is 3 minutes 10 seconds from start of mixing.
 6) After set, adjust, trim excess material and polish in the usual manner.
CLINICAL HINT – Brush on technique
As an alternative to measuring powder and liquid in a rubber cup, dispense the desired amount of powder and liquid in separate rubber cups. Moisten the tip of the brush with the liquid and pick up a small amount of powder. Deposit this mixture on the fractured area and progressively build up the temporary appliance, pattern or repair by repeating the procedure. With this technique, the setting time is 3 minutes 30 seconds from start of mixing. Clean the brush with liquid after use or during the work if necessary.

IMPORTANT NOTE
1. An exothermic reaction will occur during setting. When the uncured material is placed in the mouth, remove before the temperature starts to increase to avoid tissue damage or irritation.
2. Do not use UNIFAST Ⅲ to repair denture base materials or to reline pre-fabricated temporary crowns made out of polycarbonate, polysulfone, or polyethersulfone resins.
3. The amount of residual monomer can be reduced by immersing the prosthetic appliance in water for at least 10 minutes into the patient's mouth.
4. Small or thin portions of mixed material may not set properly. Make sure mixed materials are fully cured before placing/luting in mouth.

SHADES
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 (Pink Veined)

PACKAGES
1. UNIFAST Ⅲ 2-1 Package
 Kit contains: Powder 35g A3 (1), Powder 35g A2 (1), Liquid 40g (42mL) (1), Plastic case (1), Powder measure (1), Liquid measure (1), Disposable dispensing dish No.2 (5), Rubber cup (1), Plastic spatula (1), Brush No.10 (1)
2. Refill Packages
 a. Powder 35g (in all shades)
 b. Powder 100g (in all shades)
 c. Powder 300g (in all shades)
 d. Liquid 40g (42mL)
 e. Liquid 100g (104mL)
 f. Liquid 250g (260mL)
 g. Plastic Case
 h. Disposable dispensing dish No.2 (50)
 i. Brush No.10 (1)

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool place (4-25°C, 39.2-77.0°F) away from direct sunlight.
Shelf life: 3 years from the date of manufacture.

CAUTION
1. The liquid is flammable. Avoid sources of ignition. Do not keep or use near fire or high temperature.
2. Avoid direct contact of powder, liquid or mixture on skin. In case of contact, wipe with a cotton pellet or sponge soaked in alcohol and flush with water.
3. Avoid direct contact of powder, liquid or mixture on eyes. In case of contact, immediately flush with water and seek medical attention.
4. The liquid is volatile. Use in a well-ventilated area. Inhaled material is placed in the mouth before set, advise patients to breath through the nose.
5. Do not pour the powder or liquid remaining in the rubber cup back into the bottle.
6. Do not mix UNIFAST Ⅲ with UNIFAST Trad or any other acrylic resin products.
7. Do not use a brush or rubber cup which are used with other acrylic resin as this may delay or inhibit setting.
8. Wear a dust-protective mask when finishing and polishing the set material.
9. Liquid may turn yellow with time, but this will not affect its function.
10. The liquid should not be left in the rubber cup for prolonged period of time as it changes the handling property.
11. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
12. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
 http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants.
Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 04/2017

CE 0086

GC

MANUFACTURED BY
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Tokimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasumuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
ResearchPark, Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

UNIFAST Ⅲ

САМОПОЛИМЕРИЗИРАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ВРЕМЕННИ ИНЛЕИ, КОРОНИ, МОСТОВЕ И ПОПРАВКИ

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
1. Изработване на временни инлеи, корони и мостове.
2. Поправка на счупени протези.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
Не използвайте при пациенти с установени алергии към метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
А. ВРЕМЕННИ ИНЛЕИ, КОРОНИ И МОСТОВЕ
1. Директен метод – едноцветна стандартна техника
 1) Вземете отпечатък преди да подготвите зъба.
 2) Намажете подготвения зъб и гингивалните тъкани с тънък филм от вазелин.
 3) Изсипете желаното количество от праха на UNIFAST Ⅲ в гумената чашка и добавете течност. Бързо смесете с пластмасова шпатула за 10-15 секунди. Веднага изсипете сместа в съответната област на отпечатъка. Стандартното съотношение прах / течност е 1g прах към 0.5mL течност (1 деление от праха към 1 деление от течността). Съотношението прах / течност може да варира от 2g : 1mL до 2g : 1.5mL.
 4) Изчакайте, докато сместа достигне до меко тестовидно състояние.
 5) Поставете отпечатъка в устата с натиск.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 UNIFAST Ⅲ започва да втвърдява 1 минута след началото на смесването. Уверете се, че ще извършите горните стъпки в този период. Ако ви е необходимо по-дълго време за работа, съхранявайте праха и течността в хладилник за повече от 4 часа.
 6) Извадете отпечатъка от устата преди да започне екзотермичната реакция, приблизително 1 минута и 30 секунди след началото на смесването. На този етап, материала все още е в гумообразна консистенция.
 7) Позволете на UNIFAST Ⅲ да втвърди на място в отпечатъка. Времето за втвърдяване е 3 минути и 10 секунди от началото на смесването.
 8) Извадете временната конструкция от отпечатъка.
 9) Акуратните и финиране по обичайния начин. Внимателно поставете в устата и осигурете подходяща маргинална адаптация и оклузия. Границите могат да се поправят с добавяне на слой от прясно смесен UNIFAST Ⅲ.
 10) След окончателното полиране, циментиране инлея / короната / моста с временен цимент, като FREEGENOL TEMPORARY PACK.
2. Директен метод – многоцветна стандартна техника
 1) Използвайте съответстващия цвят от разцветката на Vita по гореописаната техника (Директен метод, единоцветна стандартна техника 1-8).
 2) Изпилете инцизалната област на временното възстановяване.
 3) Нанесете инцизален, емайлов или прозрачен цвят в инцизалната област, като отново използвате отпечатъка или чрез нанасяне с четка (четкова техника).
 4) Продължете с точка 9) от Директен метод.
3. Поправка на временни конструкции
 Когато е необходимо поправка на временна конструкция, свалете конструкцията от устата и разграничете фактурираните части и съседните области. Трябва да се осигурят подмини. Нанесете сместа материал и го оставете да втвърди. За подробности – погледнете по-горе.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 Поправките не бива да се извършват в устата.
Б. ПОПРАВКА НА СЧУПЕНА ПРОТЕЗА
 1) Вземете отпечатъка от беззъбата област по обичайния начин и отлейте гипсов модел.
 2) Разграничете фактурираните части и съседните области, използвайки борер. Когато в протезата има метал – металната повърхност трябва да бъде разграничена с карбиден борер, обработена с пескоструйник, почистена с въздух и третирана с METALPRIMER II.
 3) Намажете гипсовия модел със сепаратор, като ACROSEP или MULTI-SEP и поставете счупената протезна основа върху гипсовия модел.
 4) Изсипете желаното количество от праха на UNIFAST Ⅲ в гумената чашка и добавете течност, бързо смесете с пластмасова шпатула за 0-15 секунди. Незабавно изсипете сместа в подготвения участък на счупена протеза. Стандартното съотношение прах / течност е 1g прах към 0.5mL течност (1 деление от праха към 1 деление от течността). Съотношението прах / течност може да варира от 2g : 1mL до 2g : 1.5mL.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 UNIFAST Ⅲ започва да втвърдява 1 минута след началото на смесването. Уверете се, че ще извършите горните стъпки в този период.
 Ако ви е необходимо по-дълго време за работа, съхранявайте праха и течността в хладилник за повече от 4 часа.
 5) Времето на втвърдяване е 3 минути и 10 секунди от началото на смесването.
 6) Извадете, изрежете излишния материал и полирайте по обичайния начин.

КЛИНИЧЕН СЪВЕТ
Четка на четкова техника
Като алтернатива на измерването на прах и течност в гумена чашка, изсипете желаното количество прах и течност в две отделни гумени чашки. Навлажнете върха на четката с течността и вземете малко количество прах. Поставете тази смес върху повърхността и прогресивно изградете временната конструкция, рамка или поправка чрез повторение на процедурата. При тази техника, времето за втвърдяване е 3 минути и 30 секунди от началото на смесването. Почистете четката с течност след или по време на работа, ако е необходимо.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
1. По време на полимеризирането се развива екзотермична реакция. Когато неполимеризиран материал се поставя в устата, отстранете го преди да започне покачването на температурата, за да се избегне нараняване или некроза на пулпата.
2. Не използвайте UNIFAST Ⅲ за поправки на ребазиращи материали или за ребазиране на фабрично временни корони направени от поликарбонат, полисулфон или полиетерсулфон на смола.
3. Количеството остатъчен мономер може да бъде намалено чрез потапяне на протетичните конструкции във вода за поне 10 минути, преди цементирането в устата на пациента.
4. Малки или тънки порции от смесен материал може да не втвърдяват адекватно. Уверете се, че сместа материал е напълно полимеризирал преди поставянето / циментирането в устата.

ЦВЕТОВЕ
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Инцизал, Прозрачен, № 3 (Розов), № 8 (Розов с капиляри)

ОПАКОВКИ
1. UNIFAST Ⅲ 2-1 Опаковка
 Комплект съдържа: Прах 35g A3 (1), Прах 35g A2 (1), Течност 40g (42mL) (1), Пластмасова кутия (1), Мярка за прах (1), Мярка за течности (1), Еднократни дозаторни легенчета № 2 (5), Гумена чашка (1), Пластмасова шпатула (1), Четка № 10 (1)
2. Допълващи опаковки
 а. Прах 35g (във всички цветове)
 б. Прах 100g (във всички цветове)
 в. Прах 300g (във всички цветове)
 г. Течност 40g (42mL)
 д. Течност 100g (104mL)
 е. Течност 250g (260mL)
 ж. Пластмасова кутия
 з. Еднократни дозаторни легенчета № 2 (50)
 и. Четка № 10 (1)

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне се препоръчва съхранявайте на хладно място (4-25°C, 39.2-77.0°F), далеч от пряка слънчева светлина.
Срок за съхранение: 3 години от датата на производството.

ВНИМАНИЕ
1. Течността е запалима. Избягавайте източници на искри. Не дръжте близо до огън или висока температура.
2. Избягавайте директен контакт на праха, течността или сместа с кожата. В случай на контакт, избършете с памучен тупфер или гъба, напоени с алкохол и промийте с вода.
3. Избягавайте директен контакт на праха, течността или сместа с очите. В случай на контакт, промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.
4. Течността е летлива. Използвайте в добре проветрени помещения. Ако смесен материал е поставен в устата преди да полимеризира, посъветвайте пациента да дишa през носа.
5. Не изсипвайте праха или течността останали в гумената чашка обратно в бутилките.
6. Не смесвайте UNIFAST Ⅲ с UNIFAST Trad или други продукти с акрилни пластмаси.
7. Не използвайте четка или гумена чашка, използвани с други акрилни пластмаси, тъй като това може да забави или наруши полимеризацията.
8. Носете защитна маска, докато финирате и полирате втвърдения материал.
9. Течността може да потъмнява с времето, но това няма да нарушава нейната функция.
10. Течността не бива да се оставя в гумената чашка за продължителен период от време, тъй като това ще промени манипулативните свойства.
11. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
12. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност налични на:
 http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.
Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошяване на състоянието или/и при установяване на повреда, ако е уредено. НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотвати изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите
средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Последна редакция : 04/2017

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

UNIFAST Ⅲ

CHEMICKY TUHNOUCÍ AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE NA PROVIZORNÍ INLEJE, KORUNKY, MŮSTKY A OPRAVY

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Zhotovování provizorních inlejí, korunek a můstků.
2. Opravy zlomených snímacích náhrad.

KONTRAINDIKACE
Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na metakrylátový monomer nebo metakrylátový polymer.

NÁVOD K POUŽITÍ
A. PROVIZORNÍ INLEJE, KORUNKY A MŮSTKY
1. Přímá metoda – standardní technika s jedním odstínem
 1) Před preparací zubu sejměte otisk.
 2) Preparované zuby a gingivální tkáně potřete tenkou vrstvou vazeliny.
 3) Potřebné množství prášku UNIFAST Ⅲ naneste do gumového kalíšku a přidejte tekutinu. Rychle promíchejte plastovou špachtlí po dobu 10-15 sekund. Namíchanou směs naneste hned do příslušné části otisku. Standardní poměr prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 mL tekutiny (1 dílek prášku na 1 dílek tekutiny). Poměr prášku a tekutiny lze nastavit v rozmezí od 2 g : 1 mL a 2 g : 1,5 mL.
 4) Vyčkejte, až bude mít směs konzistenci měkkého těsta.
 5) Otisk vložte do úst a mírně přitlačte.
 POZNÁMKA:
 UNIFAST Ⅲ začíná tuhnout 1 minutu po smíchání. Snažte se o dokončení výše popsaných kroků do této doby. Pokud potřebujete delší dobu zpracování, tekutinu a prášek nechte v chladničce po dobu delší než 4 hodiny.
 6) Otisk vyjměte z úst dříve, než začne exotermická reakce, zhruba 1 minutu a 30 sekund po začátku míchání. V této fázi má materiál stále gumovitou konzistenci.
 7) UNIFAST Ⅲ nechte dotuhnout v otisku. Doba tuhnutí je 3 minuty a 10 vteřin od počátku míchání.
 8) Provizorní náhradu vyjměte z otisku.
 9) Upravte ji a opracujte obvyklým způsobem. Opatrně ji zaveďte do úst a upravte její okraje. Okraje lze zdokonalit přidáním čerstvě namíchaného UNIFAST Ⅲ.
 POZNÁMKA:
 Pokud provádíte provizorní můstek, kde jako mezičleny používáte prefabrikované provizorní korunky, můstek před nasazením nejprve ponořte do vody 50°C teplé na dobu 5 minut nebo ponechte bez zásahu při pokojové teplotě 30 minut, aby se zajistila kompletní polymerace.
 10) Po finálním zaleštění inlej/korunku/můstek nacementujte provizorním cementem, jako je například FREEGENOL TEMPORARY PACK.

КЛИНИЧЕН СЪВЕТ
Повърхностна на временната конструкция може да бъде покрита с OPTIGLAZE за блестящ естетичен резултат. Погледнете съответните инструкции за употреба на производителя.

2. Директен метод – многоцветна стандартна техника
 1) Използвайте съответстващия цвят от разцветката на Vita по гореописаната техника (Директен метод, единоцветна стандартна техника 1-8).
 2) Изпилете инцизалната област на временното възстановяване.
 3) Нанесете инцизален, емайлов или прозрачен цвят в инцизалната област, като отново използвате отпечатъка или чрез нанасяне с четка (четкова техника).
 4) Продължете с точка 9) от Директен метод.
3. Индиректен метод – едноцветна стандартна техника
 1) Изпълнете гипсов модел, използвайки стандартна техника.
 2) Изградете от восък възстановяването, използвайки стандартна техника и вземете отпечатък / силиконов ключ.
 3) Намажете гипсовия модел със сепаратор, като ACROSEP или MULTI-SEP.
 4) Изсипете желаното количество от праха на UNIFAST Ⅲ в гумената чашка и добавете течност, бързо смесете с пластмасова шпатула за 10-15 секунди. Незабавно изсипете сместа в съответната област на отпечатъка / силиконовия ключ. Стандартното съотношение прах / течност е 1g прах към 0.5mL течност (1 деление от праха към 1 деление от течността). Съотношението прах / течност може да варира от 2g : 1mL до 2g : 1.5mL.
 5) Изчакайте, докато сместа достигне до меко тестовидно състояние.
 6) Поставете отпечатъка върху модела с натиск.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 UNIFAST Ⅲ започва да втвърдява 1 минута след началото на смесването. Уверете се, че ще извършите горните стъпки в този период. Ако ви е необходимо по-дълго време за работа, съхранявайте праха и течността в хладилник за повече от 4 часа.
 7) Оставете материала да втвърди на място в отпечатъка. Времето за втвърдяване е 3 минути и 10 секунди от началото на смесването.
 8) Извадете временната конструкция от отпечатъка / силиконовия ключ.
 9) Почистете вътрешната повърхност на временната конструкция с памучен тупфер, напоен с етанол.
 10) Акуратните и финиране по обичайния начин. Внимателно поставете върху модела и осигурете подходяща маргинална адаптация и оклузия. Границите могат да се поправят с добавяне на слой от прясно смесен UNIFAST Ⅲ.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 Ако правите временен мост, с употребата на фабрични временни корони като мостовоземни, потопете моста във вода при 50°C за 5 минути или оставете необезпокован при стайна температура за 30 минути, преди да го поставите в устата на пациента, за да осигурите пълна полимеризация.
 11) След окончателното полиране, циментиране инлея / короната / моста с временен цимент, като FREEGENOL TEMPORARY PACK.

КЛИНИЧЕН СЪВЕТ
Повърхността на временната конструкция може да бъде покрита с OPTIGLAZE за блестящ естетичен резултат. Погледнете съответните инструкции за употреба на производителя.

4. Индиректен метод – многоцветна стандартна техника
 1) Използвайте съответстващия цвят от разцветката на Vita по гореописаната техника (Индиректен метод, 1-8).
 2) Изпилете инцизалната област на временното възстановяване.
 3) Нанесете инцизален, емайлов или прозрачен цвят в инцизалната област, като отново използвате отпечатъка / силиконовия ключ или чрез нанасяне с четка (четкова техника).
 4) Продължете с точка 9) от Индиректен метод.
5. Поправка на временни конструкции
 Когато е необходимо поправка на временна конструкция, свалете конструкцията от устата и разграничете фактурираните части и съседните области. Трябва да се осигурят подмини. Нанесете сместа материал и го оставете да втвърди. За подробности – погледнете по-горе.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 Поправките не бива да се извършват в устата.
Б. ПОПРАВКА НА СЧУПЕНА ПРОТЕЗА
 1) Вземете отпечатъка от беззъбата област по обичайния начин и отлейте гипсов модел.
 2) Разграничете фактурираните части и съседните области, използвайки борер. Когато в протезата има метал – металната повърхност трябва да бъде разграничена с карбиден борер, обработена с пескоструйник, почистена с въздух и третирана с METALPRIMER II.
 3) Намажете гипсовия модел със сепаратор, като ACROSEP или MULTI-SEP и поставете счупената протезна основа върху гипсовия модел.
 4) Изсипете желаното количество от праха на UNIFAST Ⅲ в гумената чашка и добавете течност, бързо смесете с пластмасова шпатула за 0-15 секунди. Незабавно изсипете сместа в подготвения участък на счупена протеза. Стандартното съотношение прах / течност е 1g прах към 0.5mL течност (1 деление от праха към 1 деление от течността). Съотношението прах / течност може да варира от 2g : 1mL до 2g : 1.5mL.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 UNIFAST Ⅲ започва да втвърдява 1 минута след началото на смесването. Уверете се, че ще извършите горните стъпки в този период. Ако ви е необходимо по-дълго време за работа, съхранявайте праха и течността в хладилник за повече от 4 часа.
 6) Времето на втвърдяване е 3 минути и 10 секунди от началото на смесването.
 7) Оставете материала да втвърди.
 8) Извадете, изрежете излишния материал и полирайте по обичайния начин.

КЛИНИЧЕН СЪВЕТ – Четка на четкова техника
Като алтернатива на измерване на прах и течност в гумена чашка, изсипете желаното количество прах и течност в две отделни гумени чашки. Навлажнете върха на четката с течността и вземете малко количество прах. Поставете тази смес върху повърхността и прогресивно изградете временната конструкция, рамка или поправка чрез повторение на процедурата. При тази техника, времето за втвърдяване е 3 минути и 30 секунди от началото на смесването. Почистете четката с течност след или по време на работа, ако е необходимо.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
1. По време на полимеризирането се развива екзотермична реакция. Когато неполимеризиран материал се поставя в устата, отстранете го преди да започне покачването на температурата, за да се избегне нараняване или некроза на пулпата.
2. Не използвайте UNIFAST Ⅲ за поправки на ребазиращи материали или за ребазиране на фабрично временни корони направени от поликарбонат, полисулфон или полиетерсулфон на смола.
3. Количеството остатъчен мономер може да бъде намалено чрез потапяне на протетичните конструкции във вода за поне 10 минути, преди да го поставите в устата на пациента.
4. Малки или тънки порции от смесен материал може да не втвърдяват адекватно. Уверете се, че сместа материал е напълно полимеризирал преди поставянето / циментирането в устата.

ОТТЕНКИ
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Инцизален, Прозрачен, № 3 (Розов), № 8 (Розов с капиляри)

ОПАКОВКИ
1. UNIFAST Ⅲ 2-1 Опаковка
 Комплект съдържа: Прах 35g A3 (1), Прах 35g A2 (1), Течност 40g (42mL) (1), Пластмасова кутия (1), Мярка за прах (1), Мярка за течности (1), Еднократни дозаторни легенчета № 2 (5), Гумена чашка (1), Пластмасова шпатула (1), Четка № 10 (1)
2. Допълващи опаковки
 а. Прах 35g (във всички цветове)
 б. Прах 100g (във всички цветове)
 в. Прах 300g (във всички цветове)
 г. Течност 40g (42mL)
 д. Течност 100g (104mL)
 е. Течност 250g (260mL)
 ж. Пластмасова кутия
 з. Еднократни дозаторни легенчета № 2 (50)
 и. Четка № 10 (1)

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне се препоръчва съхранявайте на хладно място (4-25°C, 39.2-77.0°F), далеч от пряка слънчева светлина.
Срок за съхранение: 3 години от датата на производството.

ВНИМАНИЕ
1. Течността е запалима. Избягавайте източници на искри. Не дръжте близо до огън или висока температура.
2. Избягавайте директен контакт на прах, течността или сместа с кожата. В случай на контакт, избършете с памучен тупфер или гъба, напоени с алкохол и промийте с вода.
3. Избягавайте директен контакт на прах, течността или сместа с очите. В случай на контакт, промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.
4. Течността е летлива. Използвайте в добре проветрени помещения. Ако смесен материал е поставен в устата преди да полимеризира, посъветвайте пациента да дишa през носа.
5. Не изсипвайте праха или течността останали в гумената чашка обратно в бутилките.
6. Не смесвайте UNIFAST Ⅲ с UNIFAST Trad или други продукти с акрилни пластмаси.
7. Не използвайте четка или гумена чашка, използвани с други акрилни пластмаси, тъй като това може да забави или наруши полимеризацията.
8. Носете защитна маска, докато финирате и полирате втвърдения материал.
9. Течността може да потъмнява с времето, но това няма да нарушава нейната функция.
10. Течността не бива да се оставя в гумената чашка за продължителен период от време, тъй като това ще промени манипулативните свойства.
11. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
12. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност налични на:
 http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
МНОГОРАЗОВИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, е необходимо средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошяване на състоянието или/и при установяване на повреда. ПОТАПЯЙТЕ. Внимателно почистете устройството, за да се предотврати изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите
средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Последна редакция : 04/2017

Upute za uporabu pažljivo pročitati prije upotrebe. HR

UNIFAST Ⅲ

SAMOSTVRDNJAVAJUĆI AKRILAT ZA PRIVREMENE INLEJE, KRUNICE, MOSTOVE I POPRAVKE

Samo za strukovno stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Izrada privremenih inleja, krunica i mostova.
2. Popravak popucalih proteza.

KONTRAINDIKACIJE
Izbjegavajte ovog proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na metakrilatne monomere ili metakrilatne polimere.

UPUTE ZA UPORABU
A. PRIVREMENI INLEJI, KRUNICE I MOSTOVI
1. Direktna metoda – jednobojna standardna tehnika
 1) Prije preparacije zuba napravite otisak.
 2) Preparirane zube i gingivno tkivo prekrijte tankim slojem vazeline.
 3) Potrebnu količinu praha UNIFAST Ⅲ dozirati u gumenu posudu i dodati tekućinu. Brzo miješati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Miješavinu odmah izliti u željeni prostor u otisku. Standardni omjer praha i tekućine iznosi 1g praha na 0,5mL tekućine (1 mjerna oznaka praha na 1 mjernu oznaku tekućine). Omjer praha i tekućine može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
 4) Vyčkejte, až bude mít směs konzistenci měkkého těsta.
 5) Otisk vložte do úst a mírně přitlačte.
 POZNÁMKA:
 UNIFAST Ⅲ započinje s stvrdnjavati 1 minutu nakon miješanja. Gore opisane postupke valja izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže zapraćivanje, tekućinu a prášek nechte v chladničce po dobu delší než 4 hodiny.
 6) Otisk vyjměte z úst dříve, než začne exotermická reakce, zhruba 1 minutu a 30 sekund po začátku míchání. V této fázi má materiál stále gumovitou konzistenci.
 7) UNIFAST Ⅲ nechte dotuhnout v otisku. Doba tuhnutí je 3 minuty a 10 vteřin od počátku míchání.
 8) Provizorni rad izvadite iz otiska.
 9) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajeni način. Pažljivo prilagoditi u usnima i provjeriti rubno prianjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja svježe zamiješanog materijala UNIFAST Ⅲ.
 VAŽNO:
 Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti stajati na sobnoj temperaturi 30 minuta prije stavljanja u pacijentova usta, kako bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje.
 10) Nakon završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.

PRAKT

Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. SK

UNIFAST III

SAMOTUHNÚCA AKRYLOVÁ ŽIVICA NA DOČASNÉ INLEJE, KORUNKY, MOSTÍKY A OPRAVY

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČANÉ INDIKÁCIE
1. Konštrukcia dočasných inlejí, koruniek a mostíkov.
2. Oprava zlomených nábrad.

KONTRAINDIKÁCIE
Tento výrobok neobsahuje u pacientov s preukázanou alergiou na metakrylátový monomér alebo metakrylátový polymér.

NÁVOD NA POUŽITIE
A. DOČASNÉ INLEJE, KORUNKY A MOSTÍKY
1. Priama metóda – štandardná technika jedného odtieňa
   1) Pred prepárovaním zuba urobte otisk.
   2) Na preparovaný zub a gingivu naneste tenký film vazelíny.
   3) Potrebné množstvo prášku UNIFAST III nadávkujte do gumového kalíšteka a postupne pridávajte tekutinu. Plastovou špachtľou rýchlo miešajte 10-15 sekúnd. Zmes ihneď nalejte do príslušné mesto odtlačku. Štandardný pomer prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 ml tekutiny (1 dielik prášku na 1 dielik tekutiny). Pomer prášku a tekutiny sa môže pohybovať medzi 2 g : 1 ml, a 2 g : 1,5 ml.
   4) Vyčkajte, kým zmes nezíska konzistenciu jemného cesta.
   5) Odtlačok tiakom umiestnite do úst.
   POZNÁMKA:
   UNIFAST III začína tuhnúť 1 minútu po začiatku miešania. Dbajte na to, aby ste uvedené kroky vykonali v tomto časovom rozmedzí. Ak potrebujete dlhší pracovný čas, použite prášok a tekutinu minimálne na 4 hodiny do chladničky.
   6) Odtlačok vyberte z úst ešte pred začiatkom exotermickej reakcie, približne 1 minútu a 30 sekúnd od začiatku miešania. V tejto fáze má materiál ešte stále gumovú konzistenciu.
   7) UNIFAST III nechajte stuhnúť v odtlačku. Čas tuhnutia je 3 minúty a 10 sekúnd od začiatku miešania.
   8) Vyberte dočasný aparát z odtlačku.
   9) Opravu a konečné opracovanie vykonajte zvyčajným spôsobom. Dôkladne upevnite v ústach a vytvorte vhodnú marginálnu adaptáciu a okluziu. Okraje možno podložiť pridaním vytvrdeného UNIFAST III.
   POZNÁMKA:
   Ak pri výrobe dočasného mostíka používate ako umelé zuby prefabrikované dočasné koruniky, skôr, ako vložíte mostík do úst pacienta, ponorte ho na 5 minút do vody teplej 50°C, alebo nechajte 30 minút pri izbovej teplote, aby ste zaistili kompletné vytvrdnutie.
   10) Po konečnom vyšetrení zatmeľte inlej/korunku/mostík dočasným cementom, ako napr. FREEGENOL TEMPORARY PACK.

CLINICKÉ ÚDAJE
Na dosiahnutie vysokého lesku možno na povrch dočasného aparátu naniesť G-COAT PLUS. Dodržiavajte pokyny príslušného výrobcu.

2. Priama metóda – štandardná technika viacerých odtieňov
   1) Použite zubu zodpovedajúci odtieň Vita ako a hore uvedenej techniky (priama metóda, technika jedného odtieňa 1- 8).
   2) Obrúste reznú plochu dočasnej reštaurácie.
   3) Opatovným použitím odtlačku alebo pomocou štetca (technika brush-on) naneste na reznú plochu inicizny, sklovinový alebo prieskytný odtieň.
   4) Pokračujte Priamou metódou 9).
3. Nepriamá metóda – štandardná technika jedného odtieňa
   1) Štandardným spôsobom vytvorte model z kamennej sadry.
   2) Štandardným spôsobom vytvorte model dostavby z vosku a zhotovte odtlačok/silikónový kľúč.
   3) Na model z kamennej sadry naneste separátor, ako napr. ACROSEP alebo MULTI-SEP.
   4) Do gumového kalíšteka nadávkujte potrebné množstvo prášku UNIFAST III a pridajte tekutinu, plastovou špachtľou rýchlo miešajte 10-15 sekúnd. Zmes ihneď nalejte do príslušné mesto odtlačku/silikónovom kľúči. Štandardný pomer prášku a tekutiny je 1 g prášku na 0,5 ml. tekutiny (1 dielik prášku na 1 dielik tekutiny). Pomer prášku a tekutiny môže meniť v rozmedzí 2 g : 1 ml, a 2 g : 1,5 ml.
   5) Vyčkajte, kým zmes nezíska konzistenciu jemného cesta.
   6) Tiakom umiestnite odtlačok do modelu.
   POZNÁMKA:
   UNIFAST III začína tuhnúť 1 minútu po miešaní. Dbajte na to, aby ste uvedené kroky vykonali v tomto časovom rozmedzí. Ak potrebujete dlhší pracovný čas, skladujte prášok a tekutinu najmenej 4 hodiny v chladničke.
   7) Nechajte materiál vytvrdnúť. Čas tuhnutia je 3 minúty a 10 sekúnd od začiatku miešania.
   8) Dočasný aparát vyberte z odtlačku/silikónový kľúč.
   9) Vatovou peletou namočenou v alkohole vyčistite vnútorný povrch dočasného aparátu.
   10) Opravu a konečné opracovanie vykonajte zvyčajným spôsobom. Dôkladne upevnite na model a vytvorte marginálnu adaptáciu a okluziu. Okraje možno podložiť pridaním vytvrdeného UNIFAST III.
   POZNÁMKA:
   Ak pri zhotovovaní dočasného mostíka používate ako umelé zuby prefabrikované dočasné koruny, pred vložením mostíka do pacientových úst ho na 5 minút ponorte do vody teplej 50°C, prípadne ponechajte 30 minút pri izbovej teplote, aby ste zaistili kompletné vytuhnutie.

CLINICKÉ ÚDAJE
Na dosiahnutie vysokého lesku možno na povrch dočasného aparátu naniesť OPTIGLAZ. Pri používaní dodržiavajte pokyny príslušného výrobcu.

11) Po finálnom vyšetrení zatmeľte inlej/korunku/mostík dočasným cementom, napr. FREEGENOL TEMPORARY PACK.

Upozornenie: Pri ochrane pokožky a očí pracujte v dobrom ventilovanom priestore. Pracovné rukavice nie sú ochranné pracovné rukavice proti chemickým látkam. Pracovné rukavice musia byť vyrobené z materiálu, ktorý je nepriepustný pre monomér akrylátu. Pracovné rukavice musia byť pravidelne vymieňané v závislosti od intenzity a trvania expozície, ako aj od ich kvality a ochranných vlastností, ktoré stanovuje výrobca rukavíc. Pracovné rukavice nie sú ochranným prostriedkom pred akrylátmi. Ak sa vyskytne akákoľvek reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese:
http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA
DÁVKOVACIE SYTEMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia ho ihneď zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt.
Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Naposledy upravené : 04/2017

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

UNIFAST III

AKRILATNA SMOLA S SAMOSTOJNIM STRJEVANJEM ZA ZAČASNE INLEJE, PREVLEKE, MOSTIČKE IN POPRAVILA

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
1. Izdelava začasnih inlejev, prevlek in mostičkov.
2. Popravilo počenih protez.

KONTRAINDIKACIJE
Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na metakrilatno monomero ali metakrilate polimere.

NAVODILA ZA UPORABO
A. ZAČASNI INLEJI, PREVLEKE IN MOSTIČKI
1. Direktna metoda - enobarvna standardna tehnika
   1) Vzemite odtis pred pripravljalno doba.
   2) Premažite pripravljene zobe in zlesen z tankim slojem vazelina.
   3) Razdelite željeno količino UNIFAST III prahu v gumijasto posodo i dodajte tekočino. Hitro mešajte plastično špatulom 10-15 sekundi. Mešavino odmah izlijti u željeni prostor u otisku. Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1g praha na 0,5mL tečnosti (1 merna oznaka praha na 1 mernu oznaka tečnosti). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
   4) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
   5) Otisak postaviti u usta uz pritiskom.
   NAVODILO:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minutu posle mešanja. Z zgoraj opisanim morate biti gotovi v tem času. Če želite daljši delovni čas, shranite prah in tekočino v hladilniku za vsčt kot 4 ure.
   6) Odtis odstranite iz usta pre početka egzotermne reakcije, okro 1 minut i 30 sekundi od početka mešanja. V tej fazi ima material še vedno gumijasto konsistenco.
   7) UNIFAST III ostaviti da se stvrdne u otisku. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minute i 10 sekundi od početka mešanja.
   8) Odstranite začasni izdelek iz odtisa.
   9) Prilagodite in odobelite na običajen način. Previdno postavite v usta in vzpostavite ustrezno marginalno zaporo in okluzijo. Meje lahko podložite z dodatkom plasti sveže zmešanega UNIFAST III.
   NAVODILO:
   Če izdelujete začasni mostiček in pri tem uporabljate že tovarniško pripravljene prevleke, potopite mostiček v vodo s 50°C za 5 minut ali ga pustite na sobni temperaturi 30 minut, preden ga vstavite v pacientova usta, da se ta do konca strdi.
   10) Po končnem poliranju cementirajte inlej/prevleko/mostiček z začasnim cementom kot je FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLINIČNI NAMIG
Površino začasnega izdelka lahko prevlečete z G-COAT PLUS za lepši svetleči estetski rezultat. Pogleje ustrezna navodila proizvajalca za uporabo.

2. Direkta metoda - večbarvna standardna tehnika
   1) Uporabite Vita barvo, ki ustreza zobu in tehniko kot je opisana zgoraj (direkna metoda, enobarvna tehnika 1-8).
   2) Obdelajte inicialno področje začasne restavracije.
   3) Naneste inicialno, sklenisko ali translucentno barvo v inicialno področje s ponovno uporabo odtisa ali s nanesitev s čopičem (tehnika nanašanja s čopičem).
   4) Nadaljujte z direktno metodo 9).
3. Indirektna metoda - enobarvna standardna tehnika
   1) Izdelajte mavčni model iz gipsnih modelji.
   2) Navoskajte restavracijo z uporabo ožjega tehnike in naredite odtis/silikonski indeks.
   3) Prevlečite mavčni model s separatorjem kot je ACROSEP ali MULTI-SEP.
   4) Razdelite željeno količino UNIFAST III prahu v gumijasto posodo in dodajte tekočino, hitro mešajte s plastično špatulo 10-15 sekund. Takoj zlije mešanico v za to namenjeno področje na odtisu/silikonskem indeksu. Standardno razmerje med prahom in tekočino je 1g prahu na 0,5mL tečnosti (1 merna praha na 1 mernu tekočino). Razmerje med prahom in tekočino se lahko prilagaja od 2g : 1 mL do 2g : 1,5 mL.
   5) Počakajte, da mešanica doseže mehko testasto fazo.
   6) Postavite odtis v usta s pritiskom.
   NAVODILO:
   UNIFAST III se začne strjevati 1 minuto po mešanju. Z zgoraj opisanim morate biti gotovi v tem času. Če želite daljši delovni čas, shranite prah in tekočino v hladilniku za vsčt kot 4 ure.
   7) Material na strdi. Čas strjevanja je 1 minuto in 30 sekund od začetka mešanja.
   8) Odstranite začasni izdelek iz odtisa/silikonskega indeksa.
   9) Odstranite odvečni material z ostrim nožem in odstranite morebitne grobe nepravilnosti.
   10) Izdelek ponovno postavite v usta in poškrbite potrebna zdravnika.
   11) Ko se strdi prilagodite na običajen način. Previdno postavite v usta in vzpostavite ustrezno marginalno zaporo in okluzijo. Meje lahko podložite z dodatkom plasti sveže zmešanega UNIFAST III.
   NAVODILO:
   Če izdelujete začasni mostiček in pri tem uporabljate že tovarniško pripravljene prevleke, potopite mostiček v vodo s 50°C za 5 minut ali ga pustite na sobni temperaturi 30 minut, preden ga vstavite v pacientova usta, da se ta do konca strdi.

KLINIČNI NAMIG
Površino začasnega izdelka lahko prevlečete z OPTIGLAZE za lepši svetleči estetski rezultat. Pogleje ustrezna navodila proizvajalca za uporabo.

11) Po končnem poliranju cementirajte inlej/prevleko/mostiček z začasnim cementom kot je FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirektna metoda – vibeošna standardna tehnika
   1) Uporabite Vita barvo, ki ustreza zobu in tehniko kot je opisana zgoraj (direktna metoda, enobarvna tehnika 1-8).
   2) Obdelajte inicialno področje začasne restavracije.
   3) Naneste inicialno, sklenisko ali translucentno barvo v inicialno področje s ponovno uporabo odtisa ali s nanesitev s čopičem (tehnika nanašanja s čopičem).
   4) Nadaljujte z indirektno metodo 5).
5. Popravak začasnih izdelkov
   Če je potrebno popraviti začasnega izdelka, odstranite začasni izdelek iz ust ter grobo obdelajte poškodovano površino in sosednja področja. Podvisi naj bodo pristoni. Nanesite zmešani material, ki naj se strdi. Za podrobnosti glejte zgoraj.
   NAVODILO:
   Popravila naj se ne izvajajo v ustih.

B. POPRAVILO POČENE PROTEZE
1) Naredite odtis brezzobega področja na odčlenjen model in izdelajte mavčni model.
2) Počene površine in sosednja področja na protezi grobo obdelajte s pomočjo svedra. Ce proteza vsebuje kovino, obdelajte kovinsko površino s karbidnim svedrom, jo spesajte, očistite z zrakom in obdelajte z METALPRIMER II.
3) Prevlečite mavčni model s separatorjem kot je ACROSEP ali MULTI-SEP in razdelite željeno količino UNIFAST III prahu v gumijasto posodo in dodajte tekočino, hitro mešajte s plastično špatulo 10-15 sekund. Takoj zlije ali nanesite mešanico na področje mavčnega modela. Standardno razmerje med prahom in tekočino je 1g prahu na 0,5mL tekočine (1 mera prahu na 1 mernu oznaka tekočine). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
4) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
5) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
   VAŽNO:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minutu posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru duže od 4 sata.
6) Otisak izvaditi iz usta pre početka egzotermne reakcije, okro 1 minut i 30 sekundi od početka mešanja. U ovoj fazi materijal je još uvek gumaste konzistencije.
7) UNIFAST III ostaviti da se stvrdne u otisku. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minute i 10 sekundi od početka mešanja.
8) Pravilno izvaditi iz otiska.
9) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi u ustima i proveriti ruboo prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
   VAŽNO:
   Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta pre stavljanja u pacijentova usta, kako bi se obezbedilo potpuno stvrdnjavanje.
10) Posle završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.

PRAKTIČAN SAVET
Površina privremenog rada može se premazati lakom O-COAT PLUS za lepši svetleći estetski visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu.

11) Po končnem poliranju cementirajte inlej/prevleko/mostiček z začasnim cementom kot je FREEGENOL TEMPORARY PACK.

POMEMBNO NAVODILO
1. Med strjevanjem poteče ekzotermna reakcija. Ko nestrjen material postavite v usta, ga odstranite preden začne temperatura naraščati, da ne pride do opekin
   ali nekroze pulpe.
2. Ne uporabljajte UNIFAST III za popravilo baznih materialov proteze ali za podlaganje tovarniško pripravljenih začasnih prevlek narejenih iz polikarbonata, polisulfona ali polietilen tereftalata.
3. Količno rezidualne monomere lahko zmanjšate, tako da protetični izdelek potopite v vodo za najmanj 10 minut pred cementiranjem v pacientova usta.
4. Majhni ali tanki deli zmešanega materiala se lahko zaradi polimerizacije strjujejo. Zmešani material morajo biti popolnoma strjeni preden jih vstavite/cementirate v usta.

BARVE
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Roza), No.8 (Roza pigmentirana)

PAKIRANJE
UNIFAST III 2-1 paket
Set vsebuje: 35g prahu A3 (1), 35g prahu A2 (1), 40g tekočine (42mL) (1), plastično posodo (1), merilec za prah (1), merilec za tekočino (1), nadzelepalno posodo No.2 (5), gumijasto posodo (1), plastično spatulo (1), čopič No.10 (1)

2. Paket za ponovno poltijenje
   a. 35g prahu (v vseh barvah)
   b. 100g prahu (v vseh barvah)
   c. 300g prahu (v vseh barvah)
   d. 40g tekočine (42mL)
   e. 100g tekočine (104mL)
   f. 250g tekočine (260mL)
   g. plastična posoda
   h. razdelejvalna posoda No.2 (50)
   i. čopič No.10 (1)

SHRANJEVANJE
Za optimalne lastnosti, shranjujte v hladnem prostoru (4-25°C, 39,2-77,0°F), stran od direkne sončne svetlobe.
Uporabnost: 3 leta od datuma izdelave.

OPOZORILO
1. Tekočina je vnetljiva. Izogibajte se virom vžiga. Ne shranjujte ali uporabljajte je blizu ognja ali visoke temperature.
2. Izogibajte se direktnemu stiku praha, tekočine ali mešanice s kožo. V primeru stika odstranite z kožnega dela obrizgajte z obilno namočeno z alkoholi in spenite z vodo.
3. Izogibajte se direktnemu stiku praha, tekočine ali mešanice z očmi. V primeru stika z očmi, takoj operite z vodo in poiščite pomoč zdravnika.
4. Tekočina je hlapljiva. Uporabljajte jo v dobro zračnih prostorih. Če postavite material v usta preden se strdi, vsetujte pacienta, naj dihа skozi nos.
5. Praha ali tekočine, ki ostanejo v gumijasti posodi ne vračajte nazaj v stekleničko.
6. Ne mešajte UNIFAST III z UNIFAST Trad ali drugimi izdelki iz akrilatne smole.
7. Ne uporabljajte Čopiča ali gumijasto posodo, ki ste ju uporabili za druge akrilatne smole, kajti to lahko upočasni ali inhibira strjevanje.
8. Pri obdelovanju in poliranju strjenega materiala nosite zaščitno maso za prah.
9. Tekočina lahko sčasoma postane rumena, vendar to ne vpliva na njeno funkcijo.
10. Tekočine ne pučljajte daljši čas v gumijasti posodi, kajti spremenijo se ji rokovnih lastnosti.
11. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.
12. V redki primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilih za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi pregejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistoče.
Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno/lokalno regulativo.

Zadnja izdaja : 04/2017

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

UNIFAST III

SAMOSTVRDNJAVAJUĆI AKRILAT ZA PRIVREMENE INLEJE, KRUNICE, MOSTOVE I REPARATURE

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Izrada privremenih inleja, krunica i mostova.
2. Reparatura popucalih proteza.

KONTRAINDIKACIJE
Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na metakrilatne monomer ili metakrilate polimere.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
A. PRIVREMENI INLEJI, KRUNICE I MOSTOVI
1. Direktna metoda – jednobojna standardna tehnika
   1) Pre preparacije izlijte zubni otisak.
   2) Preparirane zube i gingivno tkivo prekriti tankim slojem vazelina.
   3) Potrebnu količinu praha UNIFAST III dozirati u gumenu posudu i dodati tečnost. Brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti u željeni prostor u otisku. Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1g praha na 0,5mL tečnosti (1 merna oznaka praha na 1 mernu oznaka tečnosti). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
   4) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
   5) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
   VAŽNO:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minutu posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru duže od 4 sata.
   6) Otisak izvaditi iz usta pre početka egzotermne reakcije, oko 1 minut i 30 sekundi od početka mešanja. U ovoj fazi materijal je još uvek gumaste konzistencije.
   7) UNIFAST III ostaviti da se stvrdne u otisku. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minute i 10 sekundi od početka mešanja.
   8) Pravilno izvaditi iz otiska.
   9) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi u ustima i proveriti ruboo prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
   VAŽNO:
   Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta pre stavljanja u pacijentova usta, kako bi se obezbedilo potpuno stvrdnjavanje.
   PRIMERAK:
   U slučaju izrade privremenog mosta sa premazati lakom O-COAT PLUS za estetski rezultat visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu.
10) Posle završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirektna metoda – vibeošna standardna tehnika
   1) Koristiti Vita boju koja odgovara boji zuba u tehniki kako je gore opisano (direktna metoda, jednobojna tehnika 1-8).
   2) Obrezati inicijalno područje privremeno rada.
   3) U inicijalno područje naneti inicijalnu, gleđnu ili translucentnu boju, ponovnim korišćenjem otiska ili nanošenjem četkicom (tehnika nanošenja četkicom).
   4) Nastaviti sa tačkom 9) indirektne metode.
5. Popravak privremenih izdelaka
   Ako je potreban popravak privremenog rada, treba ga izvaditi iz usta i ohrapaviti polimljene površine i okolna područja. Izraditi poštovanja podruđja. Naneti zamešani materijal i ostaviti da se stvrdne. Detaljni opis pogledati gore.
   VAŽNO:
   Korekcije se ne rade u ustima.

B. REPARATURA PROTEZE
1) Uzeti otisak bezubog područja na uobičajen način i izraditi gipsani model.
2) Boreom obrapaviti popucale površine i okolna područja proteze. Ako proteza sadrži metal, metalnu površinu treba ohrapaviti karbidnim borenom, peskirati, očistiti vazduhom i obraditi sredstvom METALPRIMER II.
3) Gipsani model premazati separatorom kao što je ACROSEP ili MULTI-SEP i postaviti proteza bazu protoze na gipsani model.
4) Doziirati željenu količinu praha UNIFAST III u gumenu posudu i dodati tečnost, brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti u željeni prostor na gipsanom modelu. Standardni odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
5) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
6) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
   VAŽNO:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minutu posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru više od 4 sata.
7) Materijal ostaviti da se stvrdne. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 10 sekundi od početka mešanja.
8) Pravilno izvaditi iz otiska/silikonskega ključa.
9) Unutrašnju površinu privremenog rada očistiti komadićem vate namočenim u etanol.
10) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi na modelu i proveriti ruboo prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
   VAŽNO:
   Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta pre stavljanja u pacijentova usta, kako bi se obezbedilo potpuno stvrdnjavanje.

PRAKTIČAN SAVET
Površina privremenog rada može se premazati lakom OPTIGLAZE za estetski rezultat visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu.

11) Posle završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirektna metoda – vibeošna standardna tehnika
   1) Koristiti Vita boju koja odgovara boji zuba u tehniki kako je gore opisano (direktna metoda, jednobojna tehnika 1-8).
   2) Obrezati inicijalno područje privremeno rada.
   3) U inicijalno područje naneti inicijalnu, gleđnu ili translucentnu boju, ponovnim korišćenjem otiska ili nanošenjem četkicom (tehnika nanošenja četkicom).
   4) Nastaviti sa tačkom 9) indirektne metode.
5. Popravak privremenih izdelaka
   Ako je potreban popravak privremenog rada, treba ga izvaditi iz usta i ohrapaviti polimljene površine i okolna područja. Izraditi poštovanja podruđja. Naneti zamešani materijal i ostaviti da se stvrdne. Detaljni opis pogledati gore.
   VAŽNO:
   Korekcije se ne rade u ustima.

B. REPARATURA PROTEZE
1) Uzeti otisak bezubog područja na uobičajen način i izraditi gipsani model.
2) Boreom ohrapaviti popucale površine i okolna područja proteze. Ako proteza sadrži metal, metalnu površinu treba ohrapaviti karbidnim borenom, peskirati, očistiti vazduhom i obraditi sredstvom METALPRIMER II.
3) Gipsani model premazati separatorom kao što je ACROSEP ili MULTI-SEP i postaviti proteza bazu protoze na gipsani model.
4) Doziirati željenu količinu praha UNIFAST III u gumenu posudu i dodati tečnost, brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti u željeni prostor na gipsanom modelu. Standardni odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
5) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
6) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
   VAŽNO:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minut posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru više od 4 sata.
7) Materijal ostaviti da se stvrdne. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 10 sekundi od početka mešanja.
8) Pravilno izvaditi iz otiska/silikonskega ključa.
9) Unutrašnju površinu privremenog rada očistiti komadićem vate namočenim u etanol.
10) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi na modelu i proveriti ruboo prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
   VAŽNO:
   Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta pre stavljanja u pacijentova usta, kako bi se obezbedilo potpuno stvrdnjavanje.

PRAKTIČAN SAVET
Površina privremenog rada može se premazati lakom OPTIGLAZE za estetski rezultat visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu.

11) Posle završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirektna metoda – vibeošna standardna tehnika
   1) Koristiti Vita boju koja odgovara boji zuba u tehniki kako je gore opisano (direktna metoda, jednobojna tehnika 1-8).
   2) Obrezati inicijalno područje privremeno rada.
   3) U inicijalno područje naneti inicijalnu, gleđnu ili translucentnu boju, ponovnim korišćenjem otiska ili nanošenjem četkicom (tehnika nanošenja četkicom).
   4) Nastaviti sa tačkom 9) indirektne metode.
5. Popravak privremenih izdelaka
   Ako je potreban popravak privremenog rada, treba ga izvaditi iz usta i ohrapaviti polimljene površine i okolna područja. Izraditi poštovanja podruđja. Naneti zamešani materijal i ostaviti da se stvrdne. Detaljni opis pogledati gore.
   VAŽNO:
   Korekcije se ne rade u ustima.

B. REPARATURA PROTEZE
1) Uzeti otisak bezubog područja na uobičajen način i izraditi gipsani model.
2) Boreom ohrapaviti popucale površine i okolna područja proteze. Ako proteza sadrži metal, metalnu površinu treba ohrapaviti karbidnim borenom, peskirati, očistiti vazduhom i obraditi sredstvom METALPRIMER II.
3) Gipsani model premazati separatorom kao što je ACROSEP ili MULTI-SEP i postaviti proteza bazu protoze na gipsani model.
4) Doziirati željenu količinu praha UNIFAST III u gumenu posudu i dodati tečnost, brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti u željeni prostor u otisku. Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1g praha na 0,5mL tečnosti (1 merna oznaka praha na 1 mernu oznaka tečnosti). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
5) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
6) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
   VAŽNO:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minut posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru više od 4 sata.
7) Materijal ostaviti da se stvrdne. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 10 sekundi od početka mešanja.
8) Pravilno izvaditi iz otiska/silikonskega ključa.
9) Unutrašnju površinu privremenog rada očistiti komadićem vate namočenim u etanol.
10) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi na modelu i proveriti ruboo prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
   VAŽNO:
   Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most uroniti u vodu na 50°C 5 minuta ili ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta pre stavljanja u pacijentova usta, kako bi se obezbedilo potpuno stvrdnjavanje.

PRAKTIČAN SAVET
Površina privremenog rada može se premazati lakom OPTIGLAZE za estetski rezultat visokog sjaja. Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu.

11) Posle završnog poliranja inlej/krunicu/most cementirati privremenim cementom kao što je FREEGENOL TEMPORARY PACK.
4. Indirektna metoda – vibeošna standardna tehnika
   1) Koristiti Vita boju koja odgovara boji zuba u tehniki kako je gore opisano (direktna metoda, jednobojna tehnika 1-8).
   2) Obrezati inicijalno područje privremeno rada.
   3) U inicijalno područje naneti inicijalnu, gleđnu ili translucentnu boju, ponovnim korišćenjem otiska ili nanošenjem četkicom (tehnika nanošenja četkicom).
   4) Nastaviti sa tačkom 9) indirektne metode.
5. Popravak privremenih izdelaka
   Ako je potreban popravak privremenog rada, treba ga izvaditi iz usta i ohrapaviti polimljene površine i okolna područja. Izraditi poštovanja podruđja. Naneti zamešani materijal i ostaviti da se stvrdne. Detaljni opis pogledati gore.
   VAŽNO:
   Korekcije se ne rade u ustima.

B. REPARATURA PROTEZE
1) Uzeti otisak bezubog područja na uobičajen način i izraditi gipsani model.
2) Boreom ohrapaviti popucale površine i okolna područja proteze. Ako proteza sadrži metal, metalnu površinu treba ohrapaviti karbidnim borenom, peskirati, očistiti vazduhom i obraditi sredstvom METALPRIMER II.
3) Gipsani model premazati separatorom kao što je ACROSEP ili MULTI-SEP i postaviti proteza bazu protoze na gipsani model.
4) Doziirati željenu količinu praha UNIFAST III u gumenu posudu i dodati tečnost, brzo mešati plastičnom špatulom 10-15 sekundi. Mešavinu odmah izliti u željeni prostor u otisku. Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1g praha na 0,5mL tečnosti (1 merna oznaka praha na 1 mernu oznaka tečnosti). Odnos praha i tečnosti može se prilagoditi između 2g : 1mL i 2g : 1,5mL.
5) Pričekati dok mešavina ne postigne konzistenciju mekog testa.
6) Otisak postaviti u usta uz pritisak.
   VAŽNO:
   UNIFAST III počinje se stvrdnjavati 1 minut posle mešanja. Gore opisane postupke treba izvršiti u tom vremenu. Ako je potrebno duže radno vreme, prah i tečnost držati u frižideru više od 4 sata.
7) Materijal ostaviti da se stvrdne. Vreme stvrdnjavanja iznosi 3 minuta i 10 sekundi od početka mešanja.
8) Pravilno izvaditi iz otiska/silikonskega ključa.
9) Unutrašnju površinu privremenog rada očistiti komadićem vate namočenim u etanol.
10) Prilagoditi i završno obraditi na uobičajen način. Pažljivo prilagoditi na modelu i proveriti ruboo prijanjanje i okluziju. Rubovi se mogu izravnati dodavanjem sloja sveže zamešanog materijala UNIFAST III.
   VAŽNO:
   Kod izrade privremenog mosta pomoću konfekcijskih privremenih krunica, most u