

Lepicí pásky Steriking s procesovým testem

Příbalová informace

ITH 19 LEPICÍ PÁSKA PRO STERILIZACI SUCHÝM TEPLEM

Šíře: 19 mm Délka: 50 m

Test: procesový test třídy A dle ČSN EN867-1, ČSN EN867-2

Změna barvy po sterilizaci: zelenošedá ➔ hnědá

Steriking lepicí pásky pro sterilizaci horkým vzduchem jsou určeny k uzavírání balení s předměty určenými ke sterilizaci ve zdravotnických i jiných zařízeních.

Steriking lepicí pásky pro sterilizaci horkým vzduchem je možno použít na různé materiály, kov, sklo, papír a plasty.

ITS 12, ITS 19, ITS 25 LEPICÍ PÁSKA PRO STERILIZACI PAROU

Šíře: 12 mm (ITS 12), 19 mm (ITS 19), 25 mm (ITS 25) Délka: 50 m

Test: procesový test třídy A dle ČSN EN867-2

Změna barvy po sterilizaci: bílá ➔ černá

Steriking lepicí pásky pro parní sterilizaci jsou určeny k uzavírání balení s předměty určenými ke sterilizaci ve zdravotnických i jiných zařízeních.

ITE 19 LEPICÍ PÁSKA PRO STERILIZACI ETHYLENOXIDEM

Šíře: 19 mm Délka: 50

Test: procesový test třídy A dle ČSN EN867-1, ČSN EN 867-2

Změna barvy po sterilizaci: hnědá ➔ zelená

Steriking lepicí pásky pro sterilizaci ethylenoxidem jsou vyrobeny k uzavírání balení s předměty určenými ke sterilizaci ve zdravotnických i jiných zařízeních.

Výrobce:

Wihuri Oy Wipak

POB 45, FIN-155 61 NASTOLA

Finsko

Dovozce:

STERIPAK s.r.o.

Poděbradova 849,664 42 Kladíře

Česká republika